MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI
W WARSZAWIE
D Y R E K T O R G E N E R A L N Y
Kamila Jeziorska-Chojecka

Warszawa, dn. 30.06.2020r.

znak sprawy: **BOU-IV.272.25.2020**

Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, pn.: „**Zakup, dostarczenie, montaż i uruchomienie autoklawu z drukarką z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie”.**

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 1843, z późn. zm.), uprzejmie informuję, że w trakcie trwania przedmiotowego postępowania, do zamawiającego wpłynęły następujące zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, które przedstawiam poniżej wraz z odpowiedziami:

Pytanie: 1
Punkt 7 wymagań technicznych (zał. Nr 1 do umowy) wymaga dostawy „Zespołu pomp do zasilania wytwornicy pary ze zbiornikiem”
Czy Zamawiający wymaga podłączenia tych pomp do istniejącej instalacji wody po procesie odwróconej osmozy?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga podłączenia pomp do istniejącej instalacji.
Pytanie: 2
Co ma być gromadzone w zbiorniku: para czy woda po odwróconej osmozie?
Odpowiedź:
W zbiorniku będzie gromadzona woda podawana do sterylizatora pod ciśnieniem.
Pytanie: 3
Jak ma być pojemność zbiornika?
Odpowiedź:
Pojemność zbiornika 40 litrów.

Jednocześnie uprzejmie informuję, iż pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian.

Dyrektor Generalny
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego
w Warszawie
Kamila Jeziorska-Chojecka