

WI-III.272.6.2020

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

Dotyczy: zapytanie ofertowe nr WI-III.672.6.2020 na zakup oraz dostawę termomiksera z dwoma blokami grzejnymi na próbówki 1,5 ml i 2 ml oraz pokrywą, z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie.

Pytanie:

„Proszę o informację w ilu dołkach w blokach grzejnych ma być przeprowadzone wzorcowanie”.

Odpowiedź:

Wzorcowanie powinno być przeprowadzone w 12 pkt reprezentatywnych dla bloków grzejnych.

z up. WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

Aleksandra Krzoska
Dyrektor Wydziału Infrastruktury
/podpisano elektronicznie/