MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI
W WARSZAWIE

Warszawa, 28 października 2020 r.

WI-III.272.6.2020

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

Dotyczy: zapytanie ofertowe nr WI-III.272.6.2020 dotyczące zakupu, dostawy, montażu i uruchomienia szafy termostatycznej z funkcją fotoperiodu z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie.

Pytanie nr 1:
„Ze względów konstrukcyjnych urządzenia z fotoperiodem, zastosowanie fotoperiodu wyklucza możliwość zainstalowania oświetlenia wewnętrznego LED (zadaniem fotoperiodu jest zapewnienie oświetlenia w komorze, tak więc zastosowanie dodatkowe oświetlenia LED mija się z celem). Czy w związku z powyższym Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia bez oświetlenia wewnętrznego LED?”

Odpowiedź:
Tak.

Pytanie nr 2:
„Czy dopuszczają Państwo urządzenie z obudową wykonaną ze stali nierdzewnej teksturowej, bardzo trwałej i o estetycznym wyglądzie?”

Odpowiedź:
Tak.

Pytanie nr 3:
„Czy dopuszczą Państwo urządzenie o szerokości zewnętrznej 824 mm?”

Odpowiedź:
Nie.

Pytanie nr 4:
„Czy dopuszczają Państwo urządzenie o całkowitej pojemności komory 384 l.?”

Odpowiedź:
Nie.

Pytanie nr 5:
„Czy dopuszczają Państwo otwór do wprowadzania czujnika zewnętrznego o średnicy fi 23 mm?”

Odpowiedź:
Tak.

Pytanie nr 6:
„Czy fotoperiod może być realizowany poprzez LED-owe paski oświetleniowe w ścianach bocznych zamiast świetlówki?”

Odpowiedź:
Tak.

Jednocześnie informuję, iż Zamawiający przedłużył **termin składania ofert do dnia 29 października 2020 r., do godz. 12:00**.

Dyrektor Wydziału Infrastruktury

Aleksandra Krzoska
/podpisano elektronicznie/