

ZAPYTANIE OFERTOWE

I. Zamawiający

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Wydział Infrastruktury
00-950 Warszawa, pl. Bankowy 3/5
WI-III.272.1.2021

II. Przedmiot zapytania ofertowego:

Przedmiotem zapytania jest zakup oraz dostarczenie szafy bezpiecznej na odczynniki chemiczne z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie.

III. Kryteria oceny ofert

- 1) cena – 100%

IV. Warunki realizacji zamówienia

- 1) termin realizacji zamówienia
Zamówienie zostanie wykonane w terminie nie później niż do dnia 30 września 2021 r.
- 2) zakres świadczenia usług / dostawy
Przedmiotem zapytania jest zakup oraz dostarczenie szafy bezpiecznej na odczynniki chemiczne z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do przedmiotowego zapytania ofertowego.

Miejsce dostawy: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie, ul. Żółkiewskiego 17, 05-075 Warszawa-Wesoła.

- 3) warunki płatności
Należność za wykonaną dostawę zostanie uregulowana przelewem bankowym, w terminie 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Za datę zapłaty przyjmuje się datę złożenia polecenia przelewu w banku prowadzącym rachunek Zamawiającego.
- 4) informacja o klauzulach społecznych / środowiskowych (jeśli przewiduje się zastosowania klauzul społecznych / środowiskowych):

~~Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia, na potrzeby wykonania umowy, w pełnym wymiarze czasu pracy (1 etat), zgodnie z art. 22 § 1 Kodeksu pracy następujące osoby:~~

- 1)
- 2)

~~Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 3 dni, przedstawi Zamawiającemu potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie następujących dokumentów potwierdzających zatrudnienie osób wymienionych w ust. 1:~~

- 1) ~~umów o pracę, z zastrzeżeniem obowiązków nałożonych na Wykonawcę przepisami ustawy z 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 1000, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1);~~
- 2) ~~dokumentu potwierdzającego zgłoszenie każdego z ww. pracowników do ubezpieczenia społecznego;~~
- 3) ~~imiennego raportu miesięcznego o należnych składkach i wypłacanych świadczeniach (formularz ZUS RCA) dla każdego z ww. pracowników;~~
- 4) ~~dokumentu potwierdzającego odprowadzenie obowiązkowych składek na ubezpieczenie społeczne dla każdego z ww. pracowników wymienionych.~~

~~Nieprzekazanie Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w ust. 2 w terminie wskazanym w ust. 2 będzie traktowane przez Zamawiającego jako naruszenie postanowień ust. 1, tj. niezatrudnienie pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę.~~

- 5) oczekiwany przez zamawiającego okres gwarancji
Wykonawca udzieli Zamawiającemu minimum 12-miesięcznej gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia.

V. Termin związania ofertą

Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

VI. Termin, miejsce i sposób składania ofert

Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego w terminie do 28 maja 2021 r., drogą e-mailową na adres: winfrastruktury@mazowieckie.pl, kkalisciak@mazowieckie.pl.

VII. Informacja dotycząca negocjacji z wykonawcami

Dopuszcza się negocjowanie oferowanych cen ze wszystkimi wykonawcami, którzy złożyli prawidłowe oferty.

VIII. Informacja o sposobie komunikacji zamawiającego z wykonawcami

Porozumiewanie się z Zamawiającym w związku z zapytaniem ofertowym:

- 1) osoba uprawniona ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami: Karolina Kaliściak, nr tel. (22) 695-64-17, adres email: kkalisciak@mazowieckie.pl.
- 2) korespondencja pisemna za pośrednictwem poczty, kuriera lub składana osobiście w Kancelarii Głównej Zamawiającego: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa (wejście F, pok. 1).

IX. Załączniki do zapytania ofertowego:

- 1) formularz ofertowy,
- 2) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,
- 3) projekt umowy.

Aleksandra Krzoska
Dyrektor Wydziału Infrastruktury
(pieczętka i podpis kierującego komórką organizacyjną)

FORMULARZ OFERTOWY

Ja niżej podpisany/My niżej podpisani

.....
.....

będąc upoważnionym/i/ do reprezentowania Wykonawcy:

.....
.....

nr telefonu; e-mail:

w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr WI-III.272.1.2021, dotyczące zamówienia na zakup oraz dostarczenie szafy bezpiecznej na odczynniki chemiczne z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie, składam/składamy niniejszą ofertę:

Łączna cena brutto zamówienia: **zł**

OŚWIADCZENIA:

1. Przedmiotowe zamówienie zobowiązuję/emy się wykonać zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym nr WI-III.272.1.2021.
2. Oświadczam/y, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.
3. Oświadczam/y, że zapoznałem/liśmy się z zapytaniem ofertowym nr WI-III.272.1.2021, udostępnionym przez Zamawiającego i nie wnoszę/my do niego żadnych zastrzeżeń.
4. W razie wybrania mojej/naszej oferty zobowiązuję/zobowiązujemy się do podpisania umowy w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.
5. Uważam/y się za związanego/yh niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
6. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO¹ wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu².
7. Przyjmuję do wiadomości, że informacje zawarte w niniejszym formularzu ofertowym stanowią informację publiczną w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej i wyrażam zgodę na ich udostępnienie w trybie ww. ustawy.

....., dn. r.
(miejscowość) (data) (podpis/y osoby/osób uprawnionej/yh)

¹ rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)

² w przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Zakup i dostarczenie szafy bezpiecznej na odczynniki chemiczne z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie.

Wymagania techniczne:

- 1) 1 moduł na KWASY/ZASADY: drzwi,
- 2) 1 moduł na SUBSTANCJE PALNE: szuflada,
- 3) waga max.145kg;
- 4) Wymiary:
 - wymiary zewnętrzne: max 595 x 600 x 1600mm,
 - wymiary wewnętrzne moduł na KWASY/ZASADY: max 530 x 430 x 630mm,
 - wymiary wewnętrzne moduł na SUBSTANCJE PALNE: max 483 x 349 x 593mm;
- 5) Wyposażenie wewnętrzne:
 - moduł na KWASY/ZASADY: min. 1 metalowa półka pokryta proszkowo + min.1 stalowa półka,
 - moduł na SUBSTANCJE PALNE: zbiornik ściekowy ze stalowym wkładem perforowanym,
 - wyposażenie niezbędne do prawidłowej wentylacji obu modułów szafy w tym wentylator wraz z zestawem do podłączenia;
- 6) Wentylator wyciągowy do szafy bezpiecznej powinien być kompatybilny z dostarczoną szafą pod względem wymiarów i funkcjonalności oraz spełniać poniższe parametry:
 - stalowa obudowa o wysokiej odporności na działanie czynników zewnętrznych,
 - redukujące drgania stalowe uchwyty mocujące silnika,
 - nowoczesny silnik elektryczny o wirniku zewnętrznym IP 44 klasy B,
 - profilowane łopatki podnoszące wydajność i zapewniające cichą pracę wentylatora,
 - skrzynka montażowa z wysokiej jakości tworzywa technopolimerowego,
 - średnica kołnierza minimum 125 mm,
 - średnica kanału minimum 125 mm,
 - średnica kanału i kołnierza powinny być takie same,
 - wydajność max 360 m³/h całkowity pobór mocy 58 W,
 - napięcie znamionowe 230V 50 Hz Natężenie 0,26 A Emisja hałasu 47 dB,
 - odległość szafy od kanału wentylacyjnego – 2 metry (+/- 50 cm).

Wymagania dodatkowe:

- minimalny okres gwarancji: 12 miesięcy,
- instrukcja obsługi w języku polskim.