

WI-III.272.1.2021

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

Dot.: zapytanie ofertowe WI-III.272.1.2021 na zakup oraz dostarczenie szafy bezpiecznej na odczynniki chemiczne z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie

Pytanie:

Czy wymiary szafy mogą ulec korekcie i czy szafa ma być z wentylatorem czy bez?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wyłącznie zwiększenie wysokości szafy. Zamawiający wymaga szafy z wentylatorem.

Zamawiający **przedłuża termin na składanie ofert do dnia 4 czerwca 2021 r.**

Aleksandra Krzoska
Dyrektor Wydziału Infrastruktury
/podpisano elektronicznie/