

WI-III.672.94.2021

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

Dot.: zapytania ofertowego nr WI-III.672.94.2021 w sprawie wzorcowania pomiarów mocy dawki radiometru RDS-31-S wraz z sondą GMP-11-3.

Pytanie:

„Proszę o zakres wzorcowania przyrządu na jaki mam wystawić ofertę”.

Odpowiedź:

Zakres wzorcowania:

1. dla przyrządu RDS-31-S: wzorcowanie w trybie pomiaru mocy dawki (do 12 pkt kalibracji) w funkcji wielkości fizycznej przewidzianej do mierzenia przez dawkomierz (moc przestrzennego równoważnika dawki) w polu promieniowania gamma Cs-137 (1,5 uGy/h do 8,7 mGy/h);
2. dla przyrządu RDS-31-S z zainstalowaną sondą GMP-11-3: wzorcowanie w trybie pomiaru skażeń powierzchni (1 pkt kalibracji) w funkcji wartości mierzonej wielkości fizycznej (powierzchniowa emisja promieniowania Sr90: 5,31 s-1 cm-2; 33,3 s-1 cm-2).

Zamawiający przedłużył **termin składania ofert do dnia 7 lipca 2021 r.**

Aleksandra Krzoska
Dyrektor Wydziału Infrastruktury
/podpisano elektronicznie/