



**WOJEWODA MAZOWIECKI**

Warszawa, 27 października 2023 r.

WK-V.9612.1.112.2023

**Pan**

**XXXXXXXXX**

**Prezes Zarządu**

**Pro Life Medica Spółka z o. o.**

**ul. Wita Stwosza 48/110**

**02-661 Warszawa**

## **WYSTĄPIENIE POKONTROLNE**

Na podstawie art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (dalej ustawa o działalności leczniczej – Dz. U. z 2023 r. poz. 991, z późn. zm.) przeprowadzona została kontrola problemowa w jednostce organizacyjnej 02 – ETG Lublin, mieszczącej się przy ul. Wł. Kunickiego 26A, 20-412 Lublin oraz w jednostce organizacyjnej 03- ETG Zamość, mieszczącej się przy ul. Spadek 41, 22-400 Zamość, prowadzonych przez podmiot leczniczy pn. Pro Life Medica Spółka z o.o., ul. Wita Stwosza 40/110, 02-661 Warszawa.

Tematyka kontroli obejmowała zgodność wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej.

Kontrolą objęto badanie stanu faktycznego w dniach prowadzenia kontroli.

W związku z kontrolą, której szczegółowe wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli, podpisanym bez zastrzeżeń w dniu 12 października 2023 r., przekazuje Panu niniejsze wystąpienie pokontrolne.

W trakcie kontroli ustalono, że w jednostce organizacyjnej 02 – ETG Lublin i jednostce organizacyjnej 03 – ETG Zamość udzielane były ambulatoryjne świadczenia zdrowotne w zakresie specjalistycznej opieki zdrowotnej. Pomieszczenia kontrolowanej jednostki organizacyjnej 02 – ETG Lublin spełniały wymagania ogólne oraz szczegółowe określone dla

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie  
00-950 Warszawa, Plac Bankowy 3/5, tel.: (+48) 22 695 69 95, Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP: /t6j4ljd68r/skrytka  
[www.gov.pl/web/uw-mazowiecki](http://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki)

Administratorem danych osobowych jest Wojewoda Mazowiecki. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych. Masz prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. Więcej informacji znajdziesz na stronie [www.gov.pl/web/uw-mazowiecki](http://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki) w zakładce ochrona danych osobowych.

ambulatorium w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (dalej rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą - Dz. U. z 2022 r. poz. 402). Podmiot leczniczy posiadał umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, zgodnie z obowiązkiem ustalonym w art. 25 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy o działalności leczniczej. W dokumentacji podmiotu leczniczego zgromadzono dokumenty potwierdzające prawo wykonywania zawodu aktualnie zatrudnionych lekarzy i pielęgniarek oraz dokumenty potwierdzające uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez ratowników medycznych i technika elektroradiologa. Podmiot dysponował dokumentacją potwierdzającą sprawność techniczną aparatury i sprzętu medycznego wykorzystywanego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, do której posiadania i okazania organowi kontroli jest zobowiązany na podstawie art. 63 ust. 3, 4 i 6 ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 974). W kontrolowanych jednostkach organizacyjnych 02 – ETG Lublin i 03 – ETG Zamość umieszczono informację o prawach pacjenta, zgodnie z wymogiem określonym w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2023 r. poz. 1545, z późn. zm.). Indywidualna i zbiorcza dokumentacja medyczna prowadzona i przechowywana była zgodnie z normami ustalonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2022 r. poz. 1304, z późn. zm.)

W wyniku kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. Niezgodność struktury organizacyjnej podmiotu leczniczego zgłoszonej do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą ze stanem faktycznym. Ustalono, że w kontrolowanych jednostkach organizacyjnych 02 – ETG Lublin i 03 – ETG Zamość, nie udzielano świadczeń zdrowotnych w dziedzinach medycyny w zakresie: onkologii klinicznej, położnictwa i ginekologii, psychiatrii, urologii oraz nefrologii. Takimi działaniami naruszony został art. 107 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej. Jak ustalono na podstawie analizy księgi rejestrowej, w dniu 15 września 2023 r. podmiot leczniczy zgłosił do organu prowadzącego rejestr zakończenie działalności w zakresie ww. dziedzin medycyny. Wobec powyższego odstępuje się od sformułowania zalecenia pokontrolnego w przedmiotowym zakresie.

2. Brak zgody właściwego państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego na zlokalizowanie poniżej poziomu terenu urządzonego przy budynku pomieszczeń kontrolowanej jednostki organizacyjnej 03 – ETG Zamość, co jest niezgodne z § 14 ust. 5 rozporządzenia w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą

Przedstawiając powyższe ustalenia, zobowiązuje Pana do uzyskania zgody właściwego państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego dopuszczającej zlokalizowanie poniżej poziomu terenu urządzonego przy budynku pomieszczeń kontrolowanej jednostki 03 – ETG Zamość oraz poinformowania Wojewody Mazowieckiego, z przywołaniem znaku pisma WK-V.9612.1.112.2023, o sposobie realizacji zalecenia pokontrolnego w terminie 60 dni od daty otrzymania wystąpienia.

Z up. Wojewody Mazowieckiego

Artur Subda

Dyrektor Wydziału Kontroli