



WOJEWODA MAZOWIECKI

Warszawa, 13 listopada 2024 r.

WK-V.9612.4.6.2024

Pan
Marek Kuczmarcki
Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zespołu
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu
ul. J. Słowackiego 32
09-200 Sierpc

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 161e ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (dalej ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – Dz. U. z 2024 r. poz. 146, z późn. zm.) w związku z art. 118 i art. 122 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (dalej ustawa o działalności leczniczej – Dz. U. z 2024 r. poz. 799), kontrolerzy: Jolanta Jaszewska – starszy inspektor wojewódzki oraz Marzena Pietrasiak – starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Kontroli Podmiotów Leczniczych Wydziału Kontroli Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (upoważnienia z dnia 20 sierpnia 2024 r., oznaczone numerami 593/WK/2024 i 594/WK/2024), przeprowadzili w dniach 25 - 26 września 2024 r. kontrolę problemową w komórce organizacyjnej 076 – Transport Sanitarny Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu przy ul. J. Słowackiego 32, 09-200 Sierpc (dalej SPZZOZ w Sierpcu).

Zakres kontroli obejmował spełnianie przez specjalistyczne środki transportu sanitarnego wymagań określonych w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

W związku z przeprowadzoną kontrolą, przekazuję Panu Dyrektorowi wystąpienie pokontrolne.

W trakcie kontroli dokonano oględzin specjalistycznego środka transportu wykorzystywanego w SPZZOZ w Sierpcu (protokół oględzin z 25 września 2024 r.) oraz przeprowadzono wizytację pomieszczeń wykorzystywanych jako miejsce stacjonowania załogi Transportu Sanitarnego (notatka służbowa z 26 września 2024 r.).

SPZZOZ w Sierpcu realizował zadania transportu sanitarnego pacjentów na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia Nr 07R-6-60002-01-01-2016/16/07-00-02137-16-02/01 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna – aneks określający w 2024 r. warunki realizacji umowy obowiązujący od dnia 1 września 2024 r.

Jak wynika z pisemnego oświadczenia, złożonego przez Naczelną Pielęgniarkę SPZZOZ w Sierpcu, kontrolowany podmiot leczniczy zapewniał transport sanitarny pacjentów ambulansem Typu C. Zgodnie z okazanym dowodem rejestracyjnym był to samochód specjalny – sanitarny marki Volkswagen, model VW SYNIE CRAFTER, który został wyprodukowany w 2021 r. (numer identyfikacyjny WV1ZZZSYZM9051508, numer rejestracyjny WSE 9RR9). Pierwsze badanie techniczne pojazdu przeprowadzono 19 czerwca 2021 r., a termin wykonania następnego przeglądu wyznaczony został na 25 lipca 2025 r. W przedstawionej deklaracji zgodności składanej przez dostawcę z dnia 24 czerwca 2021 r. firma Wietmarscher Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przekazała dokument potwierdzający, że pojazd ten odpowiada pod każdym względem typowi opisanemu w świadectwie homologacji numer e9*2007/46*6580*10. Stan licznika w czasie przeprowadzania oględzin pojazdu wskazywał przebieg 103 138 km.

Podczas kontroli przeanalizowano paszport techniczny oraz karty techniczne, w których potwierdzona została sprawność techniczna aparatury i sprzętu medycznego wykorzystywanego przy realizacji transportu, tj. noszy głównych firmy Medirol, typ: MD N114-P113-S, o numerze seryjnym: N11402809 P11303774, urządzenia do przenoszenia pacjenta siedzącego firmy Medirol, typ/model: MD K312V04M02, Nr K31201875, reduktora tlenowego firmy Metalerg, o numerze seryjnym 210070, urządzenia do odsysania firmy Weinmann, typ/model: WM 11705-0012, nr 33397 oraz defibrylatora Corpusls 3, typ: CR 04000, numer seryjny 21601486, 21702060, 21800306. W paszporcie technicznym i kartach odnotowano również terminy wykonania kolejnych przeglądów.

W trakcie kontroli ustalono, że standardowa obsada załogi Transportu Sanitarnego składała się z dwóch osób (ratownika medycznego i kierowcy lub pielęgniarki i kierowcy).

Pielęgniarka i ratownicy medyczni wykonują zadania w zakresie transportu sanitarnego pacjentów w ramach 10-godzinnych dyżurów od godziny 8:00 do 18:00 przez pięć dni w tygodniu.

W wyniku dokonanych oględzin stwierdzono, że specjalistyczny środek transportu sanitarnego wykorzystywany do realizacji zadań w komórce organizacyjnej 076 – Transport Sanitarny SPZZOZ w Sierpcu nie został wyposażony w detektor gazu CO, co stanowi naruszenie wymogu określonego w art. 161 ba ust. 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zgodnie z którym środki transportu sanitarnego muszą spełniać minimalne wymagania określone w Polskiej Normie PN-EN 1789:2021-02.

Pismem z 4 listopada 2024 r. podmiot leczniczy poinformował Mazowiecki Urząd Wojewódzki o wyposażeniu specjalistycznego środka transportu sanitarnego do realizacji zadań w ww. komórce organizacyjnej 076 w detektor gazu CO.

Wobec powyższego odstępuje się od sformułowania zalecenia pokontrolnego.

z up. Wojewody Mazowieckiego

Artur Subda
Dyrektor Wydziału Kontroli